



**DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSI E CURA  
S.C.D.U. LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA**

**Direttore Prof. Umberto Dianzani**

Tel. 0321.3733487 Fax 0321.3733987

E-mail [umberto.dianzani@maggioreosp.novara.it](mailto:umberto.dianzani@maggioreosp.novara.it)

Ai Medici di Medicina Generale della provincia di Novara  
Ai Medici Pediatri di libera scelta della provincia di Novara

**Oggetto: Interferenza da Etamsilato**

In seguito a segnalazione da parte della ditta Siemens della evidenza di una possibile interferenza sui test diagnostici in uso presso la SCDU Biochimica Clinica, si comunica che nei pazienti in trattamento col farmaco **Etamsilato** si può osservare una sottostima del:

**60% sui valori di creatinina**

**50% sui valori di fruttosamina.**

Si consiglia pertanto di valutare in anamnesi se i pazienti facciano uso di **Etamsilato** qualora i valori di creatinina e fruttosamina siano essenziali per la clinica del paziente

Certi di una vostra preziosa collaborazione siamo a disposizione per ogni chiarimento.

Novara, 04/12/2020

Prof. Umberto Dianzani  
Direttore SCDU Biochimica Clinica

Dott. Marco Bagnati  
Resp. Farmaco-Tossicologia e Biochimica Clinica